

REVOGAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 005/2021

Objeto de contratação: Fornecimento de stents farmacológicos, não farmacológicos, balões complacentes e não complacentes em regime de consignação, para o Hospital Evangélico de Vila Velha.


Considerando as considerações e sugestões a título de pedido de esclarecimentos encaminhado pela empresa Union Lab.


Considerando que a área técnica analisou e julgou ser procedente as sugestões trazidas a efeito.

Revoga-se o processo de contratação, fundamentado no item 9.1 do Termo de Referência nº 005/2021, sem prejuízo a concorrência, uma vez que promoverá a abertura de novo processo de contratação.

Alcides Hell
Gerente de Suprimentos

Hugo de Souza Moreira
Analista de Compras

Associação Evangélica
Beneficente Espírito Santo

Alcides Hell
COMPRAS/AEBES

Associação Evangélica
Beneficente Espírito Santense

Hugo de Souza Moreira
SETOR DE COMPRAS

Vitória/ES, 15 de julho de 2021.

ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO-SANTENSE

Ref.:

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 005/2021

Contratação de empresa para fornecimento de stents farmacológicos, não farmacológicos, balões complacentes e não complacentes em regime de consignação, para o Hospital Evangélico de Vila Velha.

Conforme previsto no item 1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, abaixo considerações e sugestões a título de Pedido de Esclarecimentos.

A Associação Evangélica Beneficente Espírito-santense, é reconhecida por sua excelência na prestação de serviços médicos de qualidade à população do Espírito Santo. Para que o setor de cardiologia intervencionista, não venha a se contrapor a esta excelência, discorreremos sobre alguns tópicos que supomos deveriam ser considerados no presente processo.

1 - Agrupamento dos itens

O agrupamento dos itens em um único lote afasta concorrentes, pois nem todas as empresas e/ou fabricantes que atuam neste ramo, fabricam todos os itens do lote. Isto não é salutar para o processo e diminui a quantidade de empresas aptas a participar.

O agrupamento reflete também na qualidade dos itens, pois é muito comum nestes processos empresas que não possuem todos os itens ir ao mercado buscar produtos de baixa qualidade e por consequência de menor custo, para completar o roll de itens.

2 - Ausência de especificação

A ausência de especificações técnicas mínimas para os itens que fazem parte do processo desequilibra-o em favor de fabricantes que apresentam produtos de baixa qualidade, uma vez que os preços de venda dos diversos fabricantes, guardam direta relação com a excelência em sua fabricação e publicação estudos de eficiência.

3 - Critério de Julgamento

Combinado com a ausência de especificação, o processo torna-se ainda mais perverso porque o menor preço global elimina a chance de ser escolhido o produto de melhor relação custo/benefício para os itens separadamente. Novamente o processo é desequilibrado em favor dos fabricantes de produtos de baixa qualidade.

Como exemplo podemos citar os balões. Há casos em que o profissional médico, chega até a usar três balões num procedimento, ao passo que se usasse um de boa qualidade, somente um seria necessário.

As sugestões e considerações aqui colocadas buscam proporcionar a Associação Evangélica Beneficente Espírito-santense, adquirir produtos de boa qualidade para que a equipe médica execute os procedimentos com segurança e ato contínuo, o paciente se beneficie de um procedimento seguro, eficaz e sem contratempos, o que reflete numa recuperação mais rápida e sem sequelas.

Acreditando estar contribuindo para o fortalecimento do processo, nos despedimos.

JAQUELINE MELGACO
DE
SOUZA:

UL QUÍMICA E CIENTÍFICA LTDA.